

EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse hinnang

Taotluse nimetus	Kogujalaortoos Walker Fixed EST-087
MSA kood	9319
Aasta	2017

1. Lühikokkuvõtte taotlusest

Jalakabinet OÜ taotleb alljärgneva meditsiiniseadme lisamist haigekassa meditsiiniseadmete loetellu:

- Kogujalaortoos Walker Fixed EST-087

Meditsiiniseade on näidustatud taotleja andmetel alljärgnevatel juhtudel: pärast traumat või kirurgilist sekkumist, nihestust ja sidemevigastusi, kipsi asendamiseks jalapöia haavandilise või haavandilise seisundi puhul, samuti ägeda põiafastsiidi puhul ja juhtudel, kui on vaja keharaskus ühtlaselt põia pinnale jaotada ning sääre ja põia vaheline liiges immobiliseerida. Tuginedes meditsiiniseadme näidustusele ja asjaolule, et taotleja soovib meditsiiniseadme lisamist loetellu juba olemasolevasse meditsiiniseadme rühma § 51. „Esmased varased jalaortoosid“, seejuures hüvitamistingimusi muutmata, lähtutakse käesolevas hinnangus eeldusest, et meditsiiniseadme oodatavad ravitulemused ja võimalikud kõrvaltoimed on samaväärsed juba loetelus olemasolevate seadmetega.

Lähtuvalt haigekassa meditsiiniseadmete kasutusstatistikast¹ kompenseeriti esmaseid varaseid jalaortoose 2016. aastal 6 962 isikule 7 253 seadet kogusummas 618 184,16 eurot, millest haigekassa tasus 552 115,16 eurot.

2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang

2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind)

Meditsiiniseadme Kogujalaortoos Walker Fixed EST-087 jaemüügihind on ■■■ eurot.

2.2 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega

Haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kuuluvaid esmaseid varaseid jalaortoose hüvitab haigekassa 90% soodusmääraga lähtuvalt meditsiiniseadme jaemüügi hinnast. Käesoleval ajal hüvitavate meditsiiniseadmete loetelu on kehtestatud Tervise- ja tööministri määrusega, mis on avaldatud Riigi Teatajas².

Seejuures on hüvitamisele seatud alljärgnev piirang: haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku esmase varase jalaortoosi eest tasu maksmise kohustuse üks kord kuue kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat järgmises ulatuses:

- 1) üks kord parema jala jalaortoosi eest;
- 2) üks kord vasaku jala jalaortoosi eest.

Kogujalaortoos Walker Fixed EST-087 jaemüügihind on samaväärne võrreldes meditsiiniseadmete loetelus olevate Otto Bock kogujalaortoosidega, kuid ■■■ eurot Rehan kogujalaortoosidest kallim ning ■■■ eurot kogujalaortoos, Orliman art. TP-2100´st kallim ning ■■■ eurot meditsiiniseadmest MDH Sp.zoo pneumaatiline kogujalaortoos Q62O11 kallim.

2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused –toote maksumuseks patsiendile kujuneb 0,1*■=■ eurot.

2.4 Tervishoiuteenuste ja soodusravimite kulud – ei muutu

2.5 Ajutise töövõimetuse hüvitiste kulud – ei muutu

2.6 Võimaliku sotsiaalabi vajaduse kulud – ei muutu

2.7 Patsiendi töövõime taastamise kulud ning mõju tema sissetulekutele – ei muutu

3. Meditsiiniseadme vastavus ravikindlustuse rahalistele võimalustele, sealhulgas muu avaliku rahastamisallika olemasolu

3.1 Meditsiiniseadme lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse eelarvele, sealhulgas asendav või täiendav mõju meditsiiniseadmete, tervishoiuteenuste, soodusravimite ja töövõimetushüvitiste kuludele lähtudes meditsiiniseadet vajavate patsientide arvu prognoosist Eestis diagnoosi või muu näidustuse, haiguse raskusastme või muu ravi kulgu mõjutavate asjaolu kaupa ning arvestades optimaalset raviks vajalikku meditsiiniseadme kogust patsiendi kohta

Taotletava meditsiiniseadme Kogujalaortoos Walker Fixed EST-087 maksumus on samaväärne loetellu kuuluvate Otto Bock kogujalaortoosidega, kuid ■ eurot kallim mõnedest loetellu kuuluvatest kogujalaortoosidest. Ei ole teada, milliseks kujuneb uue seadme kasutus patsientide seas. Kui taotletav seade hakkab asendama loetellu kuuluvaid odavamaid kogujalaortoose, tekib lisakulu ravikindlustuse eelarvele. Laiendamaks kogujalaortooside valikut, kuid välistamaks lisakulu eelarvele, on vajalik tootjaga täiendav hinnaläbirääkimine.

3.2 Meditsiiniseadme kasutamise mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele – ei muutu

3.3 Meditsiiniseadme hüvitamine muudest avalikest vahenditest – ei muutu

3.4 Meditsiiniseadme optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise tingimuste – ei ole vaja muuta

3.5 Meditsiiniseadme vää- ja liigkasutamise võimalikkus ja majanduslikud tagajärjed, arvestades seejuures patsiendi isikupära ja eluviisi võimalikku mõju ravi tulemustele – ei ole tõenäoline

4. Kokkuvõte

Taotletav Kogujalaortoos Walker Fixed EST-087 on oma omadustelt samaväärne juba loetelus olevate esmaste varaste kogujalaortoosidega, seejuures toote maksumus on samaväärne loetellu kuuluvate Otto Bock kogujalaortoosidega, kuid ■ eurot kallim mõnedest loetellu kuuluvatest kogujalaortoosidest. Ei ole teada, milliseks kujuneb uue seadme kasutus patsientide seas. Kui taotletav seade hakkab asendama loetellu kuuluvaid odavamaid kogujalaortoose, tekib lisakulu ravikindlustuse eelarvele. Laiendamaks kogujalaortooside valikut, kuid välistamaks lisakulu eelarvele, on vajalik tootjaga täiendav hinnaläbirääkimine.

5. Kasutatud kirjandus

¹ Haigekassa meditsiiniseadmete statistika:

<https://www.haigekassa.ee/et/haigekassa/statistika/meditsiiniseadmed>

² Eesti haigekassa meditsiiniseadmete loetelu:

<https://www.riigiteataja.ee/akt/129122016070>