

EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse hinnang

Taotluse nimetus	Flexima 3S kolostoomi kinnised kotid
MSA kood	12172
Aasta	2020

1. Lühikokkuvõte taotlusest

B. Braun Medical OÜ taotleb B. Braun Medical SAS toodetud stoomikottide pakendi Flexima 3S kolostoomi kinnised kotid Mini lisamist haigekassa meditsiiniseadmete loetellu.

Taotletav stoomikottide pakend on võrdväärne meditsiiniseadmete loetellu kuuluvate stoomikottidega Flexima 3S kolostoomi kinnised kotid Midi ja Maxi N30, lisandub vaid täiendav suurusnumber.

Tuginedes meditsiiniseadme näidustusele ja asjaolule, et taotleja soovib meditsiiniseadme lisamist loetellu juba olemasolevasse meditsiiniseadme rühma „§ 8. Stoomikotid“ seejuures hüvitamistingimusi muutmata, lähtutakse käesolevas hinnangus eeldusest, et meditsiiniseadme oodatavad ravitulemused ja võimalikud kõrvaltoimed on samaväärsed juba loetelus olemasolevate seadmetega.

2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang

2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind)

Flexima 3S kolostoomi kinnised kotid Mini N30 – ■■■ eurot.

2.2 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega

Käesoleval ajal hüvitab haigekassa erinevaid stoomihooldusvahendeid kolo-, ileo- ja urostoomiga ning fistuliga patsientide raviks 90% soodusmääraga lähtuvalt meditsiiniseadme pakendi piirhinnast või piirhinnarühmasisesest piirhinnast.

Seejuures hüvitab haigekassa kindlustatud isikutele, kellel on kolostoom, ileostoom, urostoom või fistul, kuni 550 stoomikotti kalendripoolaastas ühe stoomi või fistuli korral ja kuni 920 kotti kalendripoolaastas kahe stoomi või fistuli korral.

Kehtiv meditsiiniseadmete loetelu koos hüvitamistingimustega on leitav <https://www.riigiteataja.ee/akt/118122019014>.

Juhul, kui meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 48¹ lõike 3 alusel alates kolmandast meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadmest haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks meditsiiniseadmete loetelus sisalduva piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme piirhind.

Taotletavate stoomikottide hind ületab neile 1. jaanuarist 2021 kaheosalise stoomisüsteemi kinniste kolostoomikottide (ühendusrõngaga või liimuva kinnitusega) piirhinnarühmas rakenduvat piirhinda ■■■, kuid on ■■■ loetellu kuuluvate sama tooteseeria teistes suurusnumbrites stoomikottide pakendite hindadega.

2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused

Patsient tasub 10% meditsiiniseadme pakendile ravikindlustuse seaduse § 48¹ lõike 3 alusel rakenduvast piirhinnast ehk ■■■ eurot ja piirhinda ületava osa ehk ■■■ eurot, kokku ■■■ eurot.

2.4 Tervishoiuteenuste ja soodusravimite kulud

Ei muutu taotletava meditsiiniseadme lisandumisest.

2.5 Ajutise töövõimetuse hüvitiste kulud

Ei muutu taotletava meditsiiniseadme lisandumisest.

2.6 Võimaliku sotsiaalabi vajaduse kulud

Ei muutu taotletava meditsiiniseadme lisandumisest.

2.7 Patsiendi töövõime taastamise kulud ning mõju tema sissetulekutele

Ei muutu taotletava meditsiiniseadme lisandumisest.

3. Meditsiiniseadme vastavus ravikindlustuse rahalistele võimalustele, sealhulgas muu avaliku rahastamisallika olemasolu

3.1 Meditsiiniseadme lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse eelarvele, sealhulgas asendav või täiendav mõju meditsiiniseadmete, tervishoiuteenuste, soodusravimite ja töövõimetushüvitiste kuludele lähtudes meditsiiniseadet vajavate patsientide arvu prognoosist Eestis diagnoosi või muu näidustuse, haiguse raskusastme või muu ravi kulgu mõjutavate asjaolu kaupa ning arvestades optimaalset raviks vajalikku meditsiiniseadme kogust patsiendi kohta

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete kasutusstatistika¹ järgi hüvitati stoomikotte 2019. aastal 1361 kolostoomiga, 389 ileostoomiga ja 380 urostoomiga isikule kokku ligi 27 800 pakendit, mille eest haigekassa tasus 854 415 eurot.

Taotletavate Flexima 3S kolostoomi kinnised kotid Mini N30 hind ületab neile rakenduvat pakendi piirhinda, tulenevalt piirhinnasüsteemi rakendamisest nende hüvitamisel aga lisakulu haigekassa eelarvele ei teki.

3.2 Meditsiiniseadme kasutamise mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele

Ei mõjuta tervishoiuteenuste kättesaadavust.

3.3 Meditsiiniseadme hüvitamine muudest avalikest vahenditest

Ei muutu võrreldes varasema aastaga.

3.4 Meditsiiniseadme optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise tingimuste

Meditsiiniseadme optimaalne kasutamine on tagatud läbi kohaldamise tingimuste.

3.5 Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamise võimalikkus ja majanduslikud tagajärjed, arvestades seejuures patsiendi isikupära ja eluviisi võimalikku mõju ravi tulemustele

Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamine ei ole tõenäoline.

4. Kokkuvõte

Taotletav stoomikottide pakend on oma omadustelt võrdväärne meditsiiniseadmete loetellu kuuluvate stoomikottidega Flexima 3S kolostoomi kinnised kotid Midi ja Maxi

N30, lisandub vaid täiendav suurusnumber. Taotletavate stoomikottide hind ületab neile 1. jaanuarist 2021 kaheosalise stoomisüsteemi kinniste kolostoomikottide (ühendusrõngaga või liimuva kinnitusega) piirhinnarühmas rakenduvat piirhinda ■■■■, kuid on ■■■■ loetellu kuuluvate sama tooteseeria teistes suurusnumbrites stoomikottide pakendite hindadega. Tulenevalt piirhinnasüsteemi rakendamisest lisakulu haigekassa eelarvele ei teki.

5. Kasutatud kirjandus

¹ <https://www.haigekassa.ee/haigekassa/aruanded-eelarve-ja-statistika/finantsnaitajad/meditsiiniseadmete-statistika>

² Taotlused ja neile lisatud materjalid