

## EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse hinnang

<b>Taotluse nimetus</b>	J. Mainat S.A. põletushaigete surverõivad
<b>MSA kood</b>	Vt tabel 1
<b>Aasta</b>	2021

### 1. Lühikokkuvõte taotlusest

Medi Plus Estonia OÜ taotleb tootja J. Mainat S.A. individuaalselt valmistatavate põletuse kompressioontoodete lisamist meditsiiniseadmete loetellu (vt täpsemalt tabel 1). Toodete sihtotstarve on MSA andmetel ravi hüpertroofilistele armidele pärast põletust. Tooded sobivad pehmete kudede traumade järgsete armide raviks, peale nahasiirdamisi ja muid rekonstruktiivseid operatsioone. Põletushaigete surverõivaid kasutatakse armide liigkasvu ärahoidmiseks ja raviks. Armile püsiva surve avaldamisega muutub armkude pehmemaks ja heledamaks, väheneb armist tingitud sügelus ja pinge ning toimub armkoe kiirem küpsemine. Samuti väheneb põletusjärgsete deformatsioonide kirurgilise ravi vajadus.

[Haigekassa meditsiiniseadmete statistika](#) andmetel kasutas põletushaigete surverõivaid 2020. a 35 isikut kokku 152 erinevat toodet, kulu haigekassa eelarvele oli 12 610 eurot. 2021. I poolaastal on tooteid ostnud 20 isikut 96 toodet, haigekassa kulu 8088 eurot. Enim müüdud tooted on sõrmkindad, särk lühikeste varrukatega, sokk.

### 2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang

#### 2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind) – tabel 1

MSA kood	Nimi	Esialgne hinnapakkumine (€) <i>konfidentsiaalne</i>	Uus hinnapakkumine (€)
15660	Varrukas		xxx,xx
15702	Poolkinnas		105,00
15703	Varrukas küünarliigeseni koos sõrmkindaga ja kompressioonribadega sõrmede vahel		xxx,xx
15704	Laste vest(0-14aastat)		405,00
15705	Sõrmkinnas		162,00
15706	Kaelasurveside		xx,xx
15707	Poolkinnas kompressioonribadega sõrmede vahel		123,29
15708	Sõrmik koos kompressioonribadega sõrmede vahel		180,12
15709	Kaelasurveside lastele(0-14aastat)		xx,xx
15719	Sukkpüksid lastele- laste püksid koos kahe erineva sukaga		340,00
15720	Laste vest(0-14aastat)		360,00
15721	Bermuda püksid lastele		240,00
15722	Varrukas rindkerekinnitusega lastele		140,07
15723	Mask: avatud näoga		138,79
15724	Mask: suletud näoga		160,09
15725	Naiste vest		405,00
15726	Ninasurveside		taotlus võeti tagasi
15727	Näoside avatud otsaesisega		taotlus võeti tagasi

15728	Näomask lõuaosata	taotlus võeti tagasi
15729	Põlvik kinnise varbaosaga	145,00
15730	Reguleeritav lõuaside koos kaelaosaga	taotlus võeti tagasi
15731	Reguleeritav peaside	taotlus võeti tagasi
15732	Rinnaku surveside	taotlus võeti tagasi
15733	Sokk varvastega	135,74
15734	Sokk avatud varbaosaga	86,49
15735	Bermuda püksid	260,00
15737	Sukkpüksid vöökinnitusega- paar	360,00
15738	Sukk vöökinnitusega	290,00
15739	Sukk labaosata	xxx,xx
15740	Sukk kõndile koos puusakinnitusega	taotlus võeti tagasi
15741	Sõrmeside / Sõrmeside koos randmekinnitusega	taotlus võeti tagasi
15742	Vest täiskasvanutele	405,00
15743	Reguleeritav lõuaside kaela- ja kõrvaosaga	138,79
15744	Sõrmkinnas küünarliigeseni lahtiste sõrmeotstega	162,00
15745	Poolkinnas küünarliigeseni	125,68
15746	Varrukas rindkere kinnitusega	140,07
15760	Varrukas käelabaosaga	130,00
15761	Surveside	193,37
15788	Sukk	220,00

## 2.2 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega

Võrreldes loetelus olevate põletushaigete surverõivaste maksumusega, on taotletavad toodete hinnad kas samaväärsed või kallimad. Keskmiselt on toodete maksumus alternatiivsetest põletuse surverõivaste hindadest keskmiselt 2,57 korda kallim. Seejuures toodete hind on võrreldav lümfitursete raviks rahastatud erimõõdus lamekoos tekstiilist kompressioontoodetega, mida õmmeldakse samuti välismaal.

Haigekassa jaoks on oluline, et põletushaigetele oleks kättesaadav võimalikult lai tootevalik ning et tagatud oleks ka tarnekindlus vältimaks kord juba tekkinud olukorda, kus ainumüüja lõpetab tegevuse. Seetõttu konsulteeris haigekassa täiendavalt kompressioonravi senise kogemuse ja vajaduste osas kohalike ekspertidega, kes tõid esile, et kompressioonravi edukuse eelduseks on kättesaadavus ja kvaliteet. Taotletavate toodetega on Eestis kogemust vähe, kuid tuginedes üksikutele patsiendikogemustele ja erialastel konverentsidel saadud infole, võib toodete kvaliteeti pidada heaks. Rahvusvaheliste ettevõtete võimekus tootearenduseks ja kaasajastamiseks (näit. uute riidematerjalide kasutuselevõtmine) on suurem võrreldes väiketootmisega. Kuna tegu on tellimusmeditsiiniga, siis on oluline tagada, et patsient saab sobiva toote ning selle probleemide (sobivus, kvaliteet jms) ilmumise korral oleks tagatud parandamise ja korrigeerimise logistika. Osadele patsientidele on määravaks omaosaluse suurus, mis võib mõjutada ravi kättesaadavust. Teisalt veelgi parema kvaliteediga toodetega on võimalik jällegi haigete ravis paremat tulemust saavutada.

Taotleja analüüsis menetluse käigus veelkord oma tooteid ning pidas asjakohaseks osade toodete taotlemisest loobuda ning osade toodete hinda langetada. Peale täiendavaid hinnaläbirääkimisi eristusid kolm toodet hinnalt võrreldes alternatiivsete loetellu lisatavate varrukate või sukkadega: 15703 Varrukas küünarliigeseni koos sõrmkindaga ja kompressioonribadega sõrmede vahel, 15660 Varrukas ning 15739 Sukk labaosata. Nende toodete positiivseks hüvitamise otsuseks on vajalik täiendav hinnalangus. Kahe toote - 15706 Kaelasurveside ning 15709 Kaelasurveside lastele (0-14aastat) rahastamist ei pidanud haigekassa arvestades toodete olemust, maksumust ning alternatiivide olemasolu (nt silikoonplaastrid) põhjendatuks.

2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused - patsiendi omaosalus on 10% toote hinnast.

2.4 Tervishoiuteenuste ja soodusravimite kulud – ei muutu

2.5 Ajutise töövõimetuse hüvitiste kulud – ei muutu

2.6 Võimaliku sotsiaalabi vajaduse kulud – ei muutu

2.7 Patsiendi töövõime taastamise kulud ning mõju tema sissetulekutele – ei muutu

### **3. Meditsiiniseadme vastavus ravikindlustuse rahalistele võimalustele, sealhulgas muu avaliku rahastamisallika olemasolu**

3.1 Meditsiiniseadme lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse eelarvele, sealhulgas asendav või täiendav mõju meditsiiniseadmete, tervishoiuteenuste, soodusravimite ja töövõimetushüvitiste kuludele lähtudes meditsiiniseadet vajavate patsientide arvu prognoosist Eestis diagnoosi või muu näidustuse, haiguse raskusastme või muu ravi kulgu mõjutavate asjaolu kaupa ning arvestades optimaalset raviks vajalikku meditsiiniseadme kogust patsiendi kohta

Tavaliselt kestab surveravi 1-2 aastat. Toote kasutus on ette nähtud 23 tundi ööpäevas, seega vajab patsient raviefektiivsuse jaoks vahetustoodet. Haigekassa rahastab patsiendile kuue kuu jooksul kuni 20 surverõivast<sup>1</sup>.

Ekstrapoleerides 2021 9 kuu surverõivaste kulu (13 236 €) kogu aastale ning arvestades, et keskmiselt on taotletavad tooted 2,57 korda kallimad, siis võib toodete rahastusega kaasneda lisakulu 27 707 €. Tõenäoliselt kõik patsiendid ei hakka kasutama uusi tooteid ning kui soetatakse tooteid, mille hinnaerinevus on väiksem, on kokkuvõttes lisakulu haigekasse eelarvele samuti tagasihoidlikum.

3.2 Meditsiiniseadme kasutamise mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele – ei mõjuta

3.3 Meditsiiniseadme hüvitamine muudest avalikest vahenditest – ei hüvitata

3.4 Meditsiiniseadme optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise tingimuste - kohaldamise tingimusi ei ole vaja muuta

3.5 Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamise võimalikkus ja majanduslikud tagajärjed, arvestades seejuures patsiendi isikupära ja eluviisi võimalikku mõju ravi tulemustele – ei muutu.

## **4. Kokkuvõte**

Medi Plus Estonia OÜ taotleb tootja J. Mainat S.A. individuaalselt valmistatavate põletuse kompressioontoodete lisamist meditsiiniseadmete loetellu. Põletushaigete surverõivaid kasutakse armide liigkasvu ärahoidmiseks ja raviks. Tegu on alternatiivsetest loetelus olevatest toodetest mõnevõrra kallimate toodetega, mille hüvitamine võib kaasa tuua lisakulu aastas 27 707 €. Arvestades lisaks taotletavate toodete hindade võrreldavust lümfitursete ravis kasutatavate ja haigekassa poolt rahastatavate erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniliste kompressioontoodetega ning vajalikkust tagada põletushaigete surverõivaste optimaalne valik

ja kvaliteet saavutamaks maksimaalselt head ravitulemused, võib hüvitamist pidada põhjendatuks. Kolme toote osas on vajadus jätkata täiendavaid hinnaläbirääkimisi.

## **5. Kasutatud kirjandus**

---

<sup>1</sup> Meditsiiniseadmete loetelu: <https://www.riigiteataja.ee/akt/116122020016>